

Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Pásový schodolez

Zariadenie na prepravu osôb, sediacych na mechanickom invalidnom vozíku, na priamych ramenách schodiska.

Špecifikácia priestoru (priestor pre manipuláciu a otočenie):

- Min. šírka schodov: od 75 cm;
- Max. výška schodu: 22 cm;
- Podesta pri „L“ schodisku: 98 x 98 cm;
- Podesta pri „U“ schodisku: 98 x 170 cm;
- Max. sklon: 70% = 35°

Špecifikácia pre schodolezu:

- Inštalácia schodolezu bez montáže, stavebných úprav a zásahov do schodiska
- Napájanie pomocou batérie
- Nosnosť: 110 - 140 kg;

Počet ks: 1 ks.

Termín dodania: do 31. 10. 2022